



Univerzita Hradec Králové

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS laboratorní přístroje -XXXI-2020“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094, veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byly v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručeny následující dotazy:

Prosíme o zodpovězení následujícího dotazu k položce s kódem 1 - Automatická pipeta odpružená, 12ti kanálová (CPV kód 33141000-0):

„V minimální požadované specifikaci je uvedený rozsah pipety 3 - 300 µl. Domníváme se, že se jedná o překlep a správný rozsah má být 30 - 300 µl. Můžete skutečně potvrdit, že Vámi uvedený rozsah 3 - 300 µl je uveden správně?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se skutečně jedná o překlep, požadovaný rozsah je skutečně 30 - 300 µl.

Zadavatel v souladu s výše uvedeným tedy upravuje přílohu č. 1. Do **nabídky prosím použijte tuto novou verzi přílohy č. 1**, která je přiložena spolu s touto odpovědí.

Příloha dodatečných informací: Příloha č. 1 Specifikace plnění DNS na LP -XXXI-2020-
upravená

V Hradci Králové dne 11. 12. 2020