



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky

„DNS na dodávky laboratorních přístrojů -11-2021“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel následující dotaz:

Vyhoví zadavateli lednice s požadovanými parametry s hloubkou 615 mm místo požadovaných 600 mm?”

Zadavatel odpovídá:

Hloubka lednice 615 mm je pro zadavatele akceptovatelná, její šířka musí být z prostorových důvodů max. 600 mm.

V Hradci Králové