



**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**  
veřejné zakázky

**„DNS na dodávky laboratorních přístrojů -13-2021“**

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Zadavatel:**

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,

IČ: 62690094,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsaná v obchodním rejstříku

**Zadavatel obdržel následující dotaz:**

Laboratorní sušárna - Ve specifikaci je uveden požadavek na maximální vnější šířku 750 mm, bude zadavatel akceptovat šířku 760 mm

**Zadavatel odpovídá:**

Ano, Zadavatel bude šířku 760 mm (o 100 mm větší) akceptovat, rozměry sušárny jsou stanoveny dle prostoru v laboratoři.

V Hradci Králové 03. 09. 2021