



**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**  
veřejné zakázky  
**„DNS na dodávky laboratorních přístrojů -02-2022“**

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Zadavatel:**

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,  
IČ: 62690094,  
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,  
nezapsaná v obchodním rejstříku

**Zadavatel obdržel následující dotaz:**

Žádáme o specifikaci vstupního zdroje vody pro poptávané zařízení na přípravu ultračisté vody. Bez konkrétní specifikace, zda má být přístroj napájen již předčištěnou vodou nebo vodou přímo z vodovodního rozvodu, nelze nabídku správně a porovnatelně připravit. Pokud má systém pracovat s již předčištěnou vodou, prosíme rovněž o specifikaci tlaku této vody, která je v místě instalace k dispozici.

Děkujeme a žádáme o doplnění této specifikace, abychom mohli nabídnout plně vyhovující zařízení.

**Zadavatel odpovídá:**

Ultračistá voda se bude připravovat z vody již předčištěné, nicméně ve specifikaci přístroje je jasně uvedeno, že přístroj má mít možnost nastavení maximálních parametrů vstupní vody v rozsahu min 0,1 – 50  $\mu\text{S/cm}$ . Tlak v systému této vody je na základě čerpadla v rozmezí 0,7 bar do 3,0 bar.

Vzhledem k tomu, že zadavatel odpovídá až poslední den lhůty pro podání nabídek (byť v povoleném rozmezí), **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07. 07. 2022, 10:00 hod.**