

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS na dodávky laboratorních přístrojů -03-2023“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel následující dotaz:

Položka č. 2: Analytické váhy

1. Bude zadavatel akceptovat váhu o hmotnosti 6,44 kg nebo trvá na max. hmotnosti 6 kg?
2. Bude zadavatel akceptovat celkové rozměry (š x hl x v): 213x333x338 mm nebo trvá na rozměrech (š x hl x v): 210x340x330 mm?
3. teplotní rozsah cca: +15 až 130 °C- Nedošlo k administrativní chybě při zpracování požadovaných parametrů? Tento parametr se udává u sušících vah nikoliv u analytických vah, žádáme o bližší vysvětlení.

Zadavatel odpovídá:

Zadavatel opětovně prověřil možné parametry místa plánovaného umístění této položky a reaguje následovně:

ad 1. zadavatel připouští hmotnost zařízení do 7kg;

ad 2. zadavatel akceptuje rozměry do max (š x hl x v): 220x345x345mm;

ad 3. tento parametr zadavatel nepožaduje, jedná se o administrativní chybu.

V souladu s těmito úpravami zadavatel upravuje Přílohu č. 1. Zadavatel požaduje, aby **do nabídky uchazeči vkládali tuto upravenou přílohu.**

Příloha:

Příloha č. 1 - Předmět veřejné zakázky - DNS na lab. přístroje -03-2023 dle DI č. 1