



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS na dodávky laboratorních přístrojů -13-2023“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel následující dotazy:

- 1) Zadavatel požaduje minimální topný výkon magnetické míchačky 800 W. Vzhledem k účelu použití a velikosti teplosměnné plochy je zcela dostačující topný výkon 600 W. Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující stanovený účel s topným výkonem 600W?
- 2) Zadavatel požaduje přítomnost RS 232 a LAN rozhraní pro toto zařízení. Drobné laboratorní zařízení tohoto typu běžně těmito rozhraními vybavené není, jelikož je marginální a uživatelé pro něj nemají využití. Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující stanovení účel bez RS 232 a LAN rozhraní?
- 3) Zadavatel požaduje silikonový kryt těla míchačky kompatibilní s míchačkou. Bude zadavatel akceptovat rovnocenné řešení v podobě polykarbonátového krytu kompatibilního s míchačkou?

Zadavatel odpovídá:

- ad 1. Ne, zadavatel požaduje výkon 800 W.
ad 2. Ne, zadavatel plánuje využít obě uvedená rozhraní;
ad 3. Ne, zadavatel požaduje silikonový kryt míchačky.