



**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1**

veřejné zakázky

**„DNS na dodávky laboratorních přístrojů -04-2025“**

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**Zadavatel:**

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,  
IČ: 62690094,  
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,  
nezapsaná v obchodním rejstříku

**Zadavatel obdržel následující dotazy:**

1) V minimální požadované specifikaci je uvedeno: „Tlak vstupní vody: Voda bude hnána do přístroje studená přímo z kohoutku s tlakem mezi 2–5 bary, stálost tlaku nezaručujeme“

Jelikož námi navrhované zařízení je plně funkční při tlaku vstupní vody mezi 3,5 až 8 bary, akceptuje zadavatel doplnění posilovacího čerpadla pro zajištění optimálního tlaku vstupní vody?

2) V minimální požadované specifikaci je uvedeno: „nízká vodivost, ideálně pod 1  $\mu\text{S}/\text{cm}$ “ Ze zadání není zřejmé, zda je požadován snímač vodivosti. Požaduje zadavatel digitální konduktometr pro možnost sledování vodivosti vyráběné demi vody? Pokud ano, poprosíme o doplnění této informace minimální požadované specifikace.

**Zadavatel odpovídá:**

ad 1) Ano, doplnění čerpadla zadavatel akceptuje.

ad 2) Zadavatel požaduje digitální konduktometr, citlivost měření alespoň 0,1  $\mu\text{S}/\text{cm}$  nebo menší.