

Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku – Dodávka vybraného přístrojového vybavení laboratoří"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Univerzita Hradec Králové
Sídlo zadavatele:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Jednající:	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – rektor
IČ: / DIČ:	62690094 / CZ 62690094

Název veřejné zakázky:	"UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku – Dodávka vybraného přístrojového vybavení laboratoří"
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.5.2016 pod evidenčním číslem 633255

Univerzita Hradec Králové, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, podává v návaznosti na zjištění z prohlídky místa budoucího plnění ze dne 1. 6. 2016 touto cestou, v souladu s bodem 14.2. Zadávací dokumentace, následující věcné dopřesnění k technickým a kvalitativním podmínkám zadávací dokumentace (standardům přístrojového vybavení), části 2 – Dodávka „Chemického a biologického vybavení laboratoří“ (adresář „příloha 3a_b chemické a biol. vybav“) a části 3 – Dodávka „HPLC - MS“ (adresář „příloha 3c_b HPLC-MS“):

Zařízení P28 Klimatizační komora (adresář „příloha 3a b chemické a biol. vybav“)

Z důvodu stavebnětechnických omezení pro dodávku přístroje P28 Klimatizační komora na místo doručení – místnost C3.012 stavebního objektu „Budova C“ upravuje zadavatel technickou specifikaci tohoto přístroje, a to tak, že zmenšuje a omezuje jeho šířku. Upravená specifikace zcela nahrazuje specifikaci původní a zní takto:

„Klimatizační komora, dvoje dveře, vnější šířka komory max. 95cm (šířka stavebního otvoru pro nastěhování je 98cm), délka min. 150 cm, 4-5 polic, nastavení teploty 0 - 50°C minimálně, vlhkosti 10-80%, různé možnosti cyklů, přirozené osvětlení zářivkami se spektrem denního světla.“

Zařízení HPLC-MS (adresář „příloha 3c b HPLC-MS“)

Z důvodu stavebnětechnických omezení pro dodávku přístroje HPLC-MS na místo doručení – místnost C3.047 stavebního objektu „Budova C“, zadavatel doplňuje technickou specifikaci tohoto přístroje o požadavky na jeho velikost. Původní specifikace se tak doplňuje o níže uvedený text:

Rozměry přístroje dodávaného jako nedělitelný komplet nebo rozměry dílčích komponent, ze kterých bude přístroj smontován na místě určení (místnosti C3.047 stavebního objektu „Budova C“), musí umožňovat transport hrubým stavebním otvorem šířky 950 mm a výšky 2000 mm.

Uchazeči v rámci zpracování nabídky ocení tato zařízení dle specifikací s výše uvedenou úpravou a doplněním.

V Hradci Králové, dne 7. 6. 2016

.....
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
rektor