

Dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku – Dodávka vybraného přístrojového vybavení laboratoří"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Univerzita Hradec Králové
Sídlo zadavatele:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Jednající:	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – rektor
IČ: / DIČ:	62690094 / CZ 62690094

Název veřejné zakázky:	"UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku – Dodávka vybraného přístrojového vybavení laboratoří"
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.5.2016 pod evidenčním číslem 633255

Univerzita Hradec Králové jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke kterým poskytuje, v souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace, následující odpovědi:

Dotazy se týkají jak chladicí komory, tak fytotronové komory.

Dotazy č. 1:

Budou v komoře pouze rostliny nebo například i nějaký hmyz?

Odpověď č. 1:

Ve fytotronu budou pěstovány rostliny.

Dotazy č. 2:

Co bude připojeno do zásuvky?

Odpověď č. 2:

Na zásuvky ve fytotronu budou připojeny především vzduchovací motorky, které provzdušňují výživné roztoky, případně pohony třepaček na suspenzní kultury.

Dotazy č. 3:

Jakým způsobem bude dosahováno vlhkosti v komoře?

Odpověď č. 3:

Vlhkosti ve fytotronu bude dosahováno způsobem dle zadání, u fytotronu jsou připraveny vývody centrálních rozvodů studené vody a demivody.

Dotazy č. 4:

Ve kterém patře budovy bude komora umístěna? Je v budově výtah a klimatizace?

Odpověď č. 4:

Fytotron je umístěn ve 3. nadzemním podlaží budovy, v budově je výtah i klimatizace. K fytotronu je v rámci stavební připravenosti přivedena trasa hrubých rozvodů chlazení.

V Hradci Králové, dne 8. 6. 2016

.....
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
rektor