

Dodatečné informace č. 4 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku – Dodávka vybraného přístrojového vybavení laboratoří"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Univerzita Hradec Králové
Sídlo zadavatele:	Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Jednající:	prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – rektor
IČ: / DIČ:	62690094 / CZ 62690094

Název veřejné zakázky:	"UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku – Dodávka vybraného přístrojového vybavení laboratoří"
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.5.2016 pod evidenčním číslem 633255

Univerzita Hradec Králové, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, v návaznosti na Dodatečné informace č. 1 po prověření požadované technické specifikace zařízení Fytotron, poskytuje v souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace odpověď na níže uvedený dotaz dodavatele:

Dotaz:

Podle našeho dojmu ZD je překladem technické specifikace kultivační místnosti dle standardů jednoho dodavatele (Weiss Gallenmkamp).

Rádi bychom jako zástupci firmy Conviron (největšího světového dodavatele specializujícího se na dodávky komor a místností pro pěstování rostlin, www.conviron.com), požádali o informaci, jestli bude zadavatel akceptovat v některých bodech rozdílná technická řešení ověřená stovkami instalací po celém světě (konstrukce) při splnění veškerých výkonových parametrů, rozměrů a uspořádání.

Pokud trváte na dodržení detailního popisu v souboru 3_b_specifikace_data 1, existuje jen jediný dodavatel schopný zakázku realizovat.

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku s tím, že za podmínky splnění veškerých výkonových parametrů, rozměrů a uspořádání akceptuje dodávku srovnatelného výrobku.

V Hradci Králové, dne 13. 6. 2016

.....
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
rektor