



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS laboratorní přístroje -01-2017“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byl v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručen následující dotaz:

Dobrý den, v návrhu kupní smlouvy je v části "5 Doklady" mj. požadováno:

-protokoly o revizích

-protokoly o úspěšných zkouškách dodávky včetně protokolů prokazujících splnění všech zadávací dokumentací požadovaných parametrů a vlastností dodávky

*Je možné tyto požadavky z KS vypustit? Pro daný přístroj (multifunkční reader) jsou totiž těžko aplikovatelné a prokazovat jejich splnění při instalaci není technicky proveditelné. Výrobce konkrétní technické parametry garantuje, jejich nesplnění by bylo samozřejmě důvodem k reklamaci.
Děkuji.*

Odpověď zadavatele:

V příloze č. 2 „Návrh smlouvy DNS na přístroje -01-2017“ zadávací dokumentace je v bodu 5.1 DOKLADY uveden seznam dokladů, které předá prodávající kupujícímu spolu s věcí, **jsou-li nutné** pro používání věci.

Protokoly o revizích a protokoly o úspěšných zkouškách nejsou pro používání věci nebytně nutné (jinak by bylo uvedeno v Příloze č. 1), a tedy **není třeba je dokládat**.

V Hradci Králové dne 01. 02. 2017

.....
Ing. Stanislav Klik, Ph.D.
kvestor