



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

pro veřejnou zakázku

„Dodávka nukleární magnetické rezonance“

ve zjednodušeném nadlimitním řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,

IČ: 62690094,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byly v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručeny následující dotazy:

- 1) Vzhledem k tomu, že « předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu » a vzhledem k tomu, že zadavatel dále požaduje následující: Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci, resp. jejich přílohách, žádáme Vás tímto o poskytnutí přesné dokumentace týkající se instalační místnosti - tj. poskytnutí rozměrů instalační místnosti včetně přesného plánu této místnosti, který bude kromě rozměrů místnosti obsahovat také šířku dveří (vstupního otvoru), výšku stropu a také umístění místnosti v budově (tj. přízemí, patro) a také popis transportní trasy - schody, výtah atd.
Tyto informace bohužel nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jsou důležité pro splnění všech podmínek zadavatele. Požadované chybějící informace nebylo možno ani ověřit v instalačním místě u zadavatele, protože zadavatel nezorganizoval prohlídku instalační místnosti.
- 2) Žádáme zadavatele o sdělení, zda kapaliny a plyny (helium a dusík) nezbytné pro instalaci NMR spektrometru jsou součástí nabídkové ceny nebo zda tyto kapaliny a plyny nezbytné pro instalaci budou dodány zadavatelem

Odpověď zadavatele:

- ad 1) Místnosti určené pro umístění přístroje jsou ve stadiu přípravy instalace zařízení a budou teprve upraveny podle potřeb vybraného zařízení po ukončení výběrového řízení. Nacházejí se v přízemním podlaží bez nutnosti použít schody nebo výtah. Vchod do budovy je rozměrech výška 1960 mm/šířka 1460 mm (alternativně je možné vchod po úpravě zvětšit na: výška 2190 mm/šířka 2190 mm). Vzhledem k uvedeným skutečnostem nejde o zásadní doplnění poskytnuté Zadávací dokumentace.
- ad 2) Kapaliny a plyny potřebné pro instalaci zařízení jsou součástí výběrového řízení jako položka dodávaná dodavatelem zařízení (viz Zadávací dokumentace – Příloha 1 – Popis/Magnet – řádek č. 20).

V Hradci Králové dne 24. 05. 2018