



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

pro veřejnou zakázku

„Dodávka nukleární magnetické rezonance“

ve zjednodušeném nadlimitním řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,

IČ: 62690094,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byly v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručeny dne 29.05.2018 následující dotazy:

Po prostudování odpovědi na náš dotaz si Vás dovoluujeme znovu požádat o rozměry místností, které jsou určeny k rekonstrukci po vybrání konkrétního dodavatele (možné instalační prostory již existují a budou upravovány) a o transportní trasu do těchto místností.

Zajímá nás především šířka, délka a výška místnosti a rozměr vstupních dveří eventuálních místností, které budou k dispozici pro instalaci přístroje a které budou upravovány a rekonstruovány. Dále nás zajímá nejnižší a nejvyšší rozměr transportní trasy, která se nachází za vstupními dveřmi do budovy. Toto jsou nezbytné údaje pro možnou instalaci přístroje.

V již uvedené odpovědi jste nám poskytli pouze detaily o možných vstupních dveřích do budovy, nikoli však žádné rozměry instalační místnosti a transportní trasy.

Zadavatel odpovídá:

Zadavatel od zahájení zadávacího řízení v zadávací dokumentaci uvádí, že právě podle typu dodaného přístroje budou Zadavatelem prostory následně upraveny (např. možné posuny příček, úprava velikosti dveřního vstupu) – zadavatel akcentuje technické parametry přístroje, nikoliv jeho velikost prostorovou (kdyby Zadavatel limitoval nabídky z hlediska prostoru, rozhodně by tak uvedl již při zahájení této zakázky). Nicméně provedl měření a zde jsou k dispozici výsledky:

Prostory pro umístění NMR

Prostory pro umístění zařízení budou adaptovány pro potřeby konkrétního zařízení vzešlého z výběrového řízení. Nacházejí se v přízemí podlaží bez nutnosti použít schody nebo výtah.

Vstup do budovy

limitní rozměry: dveře - výška 1960 mm, šířka 1460 mm (alternativně možno upravit na rozměry výška 2190 mm, šířka 2190 mm)

Transportní trasa

limitní rozměry: dveře - výška 1970 mm, šířka 1430 mm

Místnost pro umístění přístroje (konzole s magnetem a komponenty)

stávající rozměry: délka 4840 mm, šířka 4160 mm, výška 2930 mm (budou adaptovány pro potřebu zařízení vzešlého z výběrového řízení, jeho instalace a provozu)



stávající rozměry dveří: výška 1970 mm, šířka 800 mm (budou adaptovány pro potřebu zařízení vzešlého z výběrového řízení, jeho instalace a provozu)

Místnost pro umístění řídicí jednotky (umístění PC a příprava vzorků)

stávající rozměry: délka 4820 mm, šířka 4460 mm, výška 3000 mm (budou adaptovány pro potřebu zařízení vzešlého z výběrového řízení, jeho instalace a provozu)

stávající rozměry dveří: výška 1970 mm, šířka 800 mm (budou adaptovány pro potřebu zařízení vzešlého z výběrového řízení, jeho instalace a provozu)

V Hradci Králové dne 30. 05. 2018