



Univerzita Hradec Králové

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„**DNS laboratorní přístroje -55-2018**“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byl v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručen následující dotaz:

Není nám přesně jasné, o jaký přístroj se jedná? Položka je nazvaná jako třepací inkubátor a o parametrech třepání není v požadované specifikaci ani zmínka. Dále bychom poprosili o ujasnění požadovaného vnitřního objemu inkubátoru.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel u této položky omylem uvedl špatný název, správně se jedná o **laboratorní inkubátor** (bez požadavku na třepání), požadovaný vnitřní objem inkubátoru je alespoň 48 litrů.

Za pochybení se zadavatel omlouvá a tímto **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek do **08. 06. 2018, 09:00 hod.**

V Hradci Králové dne 30. 05. 2018

vz. JUDr. Šárka Karlová