



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„DNS laboratorní přístroje -45-2018“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové III,

IČ: 62690094,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byl v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručen následující dotaz:

Měla bych několik dotazů k veřejné zakázce s názvem DNS na dodávky laboratorních přístrojů -45-2018.

U všech položek máte požadovaný technický parametr "Celokovová konstrukce těla váhy, odolnost vůči acetonu" je možné podat nabídku na váhy, které jsou z plastu a je možné je doplnit vyměnitelným krytem z tvrdého plastu? Dále jsem se chtěla zeptat u položky Analytické váhy máte požadavek "Antistatická sada s elektrodou ve tvaru písmene U pro univerzální použití s flexibilním umístěním v libovolném prostoru kolem vah". Je možné podat nabídku na antistatickou sadu ve tvaru písmene L, případně integrovanou do vážicího prostoru váhy, která splňuje stejnou funkci? Poslední dotaz je na parametr k analytickým vahám, kde žádáte

- závěsnou vážicí platformu s možností uživatelské výměny za jiný typ dle použité nádoby. Je možné požadavek na tento parametr zrušit, jelikož se jedná o diskriminující požadavek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazům uvádí následující:

ad celokovová konstrukce

- Zadavatel trvá na celokovovém provedení. Dle získaných zkušeností žádný plastový kryt nevydrží opakované potřísnění acetonem. Vzhledem k výši investovaných prostředků zadavatel očekává dlouhodobé bezproblémové fungování bez jakéhokoliv viditelného poškození.

ad antistatická sada

- Zadavatel trvá na provedení ve tvaru U. Dle získaných zkušeností je provedení ve tvaru L nedostatečné a nedochází k akceptovatelnému odstranění statického náboje z vážených látek a nádob.

ad závěsná platforma

- Dle průzkumu trhu se nejedná o diskriminující požadavek. Zcela jistě existuje více výrobců precizních analytických vah, kteří splňují daný požadavek.

V Hradci Králové dne 07. 08. 2018