



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS laboratorní přístroje -53-2019“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byl v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručen následující dotaz:

Vyhoví zadavateli lyofilizátor s výkonem 6kg/24 h , kapacitou kondenzoru 8 kg a uhlopříčkou dotykového displeje 14,5 cm a rozměry bez komory : š x v x hl = 780x415x840 mm ?.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel reaguje na položené dotazy následovně:

- uhlopříčka dotykového displeje je nutná min. 18 cm, protože při běžné velikosti prstu dospělého člověka se při menší velikosti displeje velmi obtížné zadávají parametry/data;
- rozměry přístroje jsou adjustovány na max. laboratorní místo, které je možné pro přístroj vyhradit.

V Hradci Králové dne 13. 11. 2019