



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„DNS laboratorní přístroje -56-2019“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byl v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručen následující dotaz:

„V informacích o veřejné zakázce uvádíte, že "Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístroje: Invertovaný metalografický mikroskop s kamerou a počítačem" a totéž v příloze č. 1, kdy sloupec položka je nazvaná jako "Invertovaný metalografický mikroskop s kamerou a počítačem", nicméně v minimálních požadavcích požadované specifikace uvádíte, že dodávka je na "digitální stereomikroskop s kamerou", což je docela podstatný rozdíl.

A dále prosím o doplňující dotaz, zda bude dostačující, že dodávaný software dovede exportovat naměřené hodnoty do tabulky Excel, kde je možné jednoduše průměrnou hodnotu zjistit.!

Odpověď zadavatele:

Zadavatel reaguje na položené dotazy následovně:

- správný název položky je skutečně digitální stereomikroskop s kamerou, tomuto popisu i odpovídá popis min. požadovaných specifikací. V elektronickém nástroji i příloze č. 1 je toto již opraveno, proto přikládá v upravenou přílohu č. 1.
- z důvodu následného využití naměřených dat není pouhý export do programu Excel dostačující a zadavatel trvá na svých požadavcích, aby dodaný SW umožnil měření průměrné hodnoty v obraze.

Na základě těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na **29. 11. 2019, 09:00 hod.**

Příloha dodatečných informací:

Příloha č. 1 Specifikace plnění DNS na LP -56-2019 - opravená

V Hradci Králové dne 18. 11. 2019