



Univerzita Hradec Králové

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
veřejné zakázky
„**DNS laboratorní přístroje -19-2020**“

zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové III,
IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavateli byl v rámci výše uvedené veřejné zakázky doručen následující dotaz:

Dotaz: Jaké příslušenství má být součástí dodávky magnetické míchačky?

Požaduje zadavatel dodat magnetickou míchačku s externím Pt1000 čidlem a silikonovým krytem?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel externí teplotní čidlo (např. uvedené Pt1000) nepožaduje, požaduje jen možnost jeho připojení. Požadovaným příslušenstvím je silikonový kryt.

V Hradci Králové dne 12. 05. 2020