

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -80-2018														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba	
1	Spektrální analyzátor	Šířka pásma alespoň 9 KHz - 3,2 GHz Rozlišení frekvence minimálně 1 Hz Až do -130 dBm (DANL) Integrovaný sledovací generátor Rozlišení displeje: alespoň 800 x 480 px Velikost displeje: max 21 cm Vstupy RF vstup, externí Trigger, REF-In hmotnost do 10kg	1	Rigol DSA832E-TG	Šířka pásma 9 KHz - 3,2 GHz Rozlišení frekvence 1 Hz Až do -130 dBm (DANL) Integrovaný sledovací generátor Rozlišení displeje: 800 x 480 px Velikost displeje: 20,32 cm Vstupy RF vstup, externí Trigger, REF-In Hmotnost 4.25 kg	80 990,00 Kč	80 990,00 Kč	80 991,00 Kč						
Název projektu: „Podpora rozvoje studijního prostředí UHK“, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008569														
							Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	80 990,00 Kč						